

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**
Symbol kwalifikacji: **MED.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut

MED.01-01-26.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Sporządź w wanience dezynfekcyjnej do narzędzi dużych 2 litry roztworu preparatu dezynfekcyjnego Viruton Forte oraz płyn do dezynfekcji narzędzi obrotowych w wanience na narzędzia obrotowe. Wykorzystaj ulotki informacyjne środków dezynfekcyjnych zamieszczonych w arkuszu. Uzupełnij *Metryczkę na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych*.

UWAGA - Gotowość do przygotowania preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi dużych i narzędzi obrotowych zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN w obecności egzaminatora wykonaj czynności.

Stosując się do *Poleceń lekarza dentysty*, informacji zawartych w *Karcie pacjenta* oraz *Ulotce materiału glassjonomerowego chemoutwardzalnego*, przygotuj stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej do planowanego zabiegu ortodontycznego. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej.

UWAGA - Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś do oceny przez podniesienie ręki, a następnie po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN w obecności egzaminatora zabezpiecz pierścień ortodontyczny woskiem i przygotuj materiał glassjonomerowy chemoutwardzalny do osadzenia pierścienia ortodontycznego na prawym górnym pierwszym trzonowcu.

Po upływie czasu dezynfekcji wyjmij narzędzia z wanienek dezynfekcyjnych do narzędzi dużych oraz obrotowych i przygotuj je do sterylizacji. Gotowe pakiety pozostaw na swoim stanowisku pracy.

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne.

Wypełnij dokumentację: *Kartę pacjenta, Metryczkę na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych, Zalecenia dla pacjenta dotyczące higieny jamy ustnej i Termin następnej wizyty*. Arkusz pozostaw na stanowisku pracy.

Sporządzając dokumentację, podpisuj się jako Maria Wojtaś. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- stanowisko lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej przygotowane do pracy,
- metryczka na wanienkę z roztworem preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi dużych,
- karta pacjenta,
- zalecenia dla pacjenta dotyczące higieny jamy ustnej i termin następnej wizyty,
- narzędzia przygotowane do sterylizacji,
- uporządkowane stanowisko pracy

oraz

przebieg przygotowania preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi dużych i narzędzi obrotowych, zabezpieczenia pierścienia ortodontycznego woskiem i zarobienia materiału glassjonomerowego chemoutwardzalnego.

**ULOTKA KONCENTRATU PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO
VIRUTON FORTE**

WŁAŚCIWOŚCI:

- szerokie spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, wirusy osłonkowe (Vacinnia, BVDV), Adeno, Polio
- stężenie roztworu roboczego 1%

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Napełnić wanienkę dezynfekcyjną wodą.
2. W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody.
3. Na każdy litr roztworu wlać odpowiednią ilość koncentratu. Zamieszać roztwór.
4. Całkowicie zanurzyć narzędzia.
5. Wanienkę dezynfekcyjną szczelnie zamknąć.
6. Zalecany czas dezynfekcji wynosi **5 minut**.
7. Wyjąć, umyć i wypłukać narzędzia pod bieżącą wodą.
8. Do ostatniego płukania użyć wody destylowanej.
9. Osuszyć instrumenty i poddać dalszym procesom, przygotowując narzędzia do sterylizacji.

**METRYCZKA NA WANIENKĘ
Z ROZTWOREM PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO DO NARZĘDZI DUŻYCH**

**ULOTKA PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO DO NARZĘDZI OBROTOWYCH
OMNIDRILL PLUS**

Gotowy do użycia płyn stosowany do mycia i dezynfekcji wiertel stomatologicznych i innych precyzyjnych narzędzi obrotowych np. gumek polerskich, szczoteczek

Spektrum działania: bakterie, prątki gruźlicy, grzyby, wirusy (HBV/HIV/HCV)

SPOSÓB UŻYCIA:

- instrumenty należy zanurzyć w nierozcieńczonym płynie na czas 1 minuty
- wyjąć
- umyć
- spłukać wodą (ostatnie płukanie wodą destylowaną)
- osuszyć
- poddać dalszym procesom dekontaminacji

POLECENIA LEKARZA DENTYSTY

Proszę przygotować:

- zestaw diagnostyczny, nakładacz płaski, pęsetę skrzyżną, dociskacz do pierścieni
- kątnicę na mikrosilnik, szczoteczkę do czyszczenia w kształcie kielicha, pastę czyszczącą
- wosk ortodontyczny (1 pasek około 2 cm)
- pierścień ortodontyczny z rurką do osadzenia na prawym górnym pierwszym trzonowcu
- materiał glassjonomerowy chemoutwardzalny Kromoglass 3

Proszę wypełnić Kartę pacjenta:

- 36, 37 - wypełnienia lakiem na powierzchniach okluzyjnych
- 25 - wypełnienia klasy II według klasyfikacji Black'a na powierzchniach: okluzyjnej i dystalnej
- 12, 22 - ubytki próchnicy średniej klasy I według klasyfikacji Black'a na powierzchniach podniebiennych

Wypełnić Zalecenia dla pacjenta dotyczące higieny jamy ustnej.

Umówić pacjenta na kolejną wizytę za 5 dni w celu leczenia zachowawczego i założenia łuku podniebiennego. Gabinet pracuje 7 dni w tygodniu.

KARTA PACJENTA

DANE PLACÓWKI

Klinika Uśmiechu
ul. Miętowa 2
41-818 Zabrze

Regon 953593
NIP 6574325888

DANE PACJENTA

Tymoteusz Romanowski
ul. Rumiankowa 5
41-800 Maciejów

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
															
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

LEGENDA: **C** - próchnica; **V** - ząb do usunięcia; – - brak zęba; **W** - wypełnienie; **L** - lak

DATA	ZĄB	ROZPOZNANIE	WYKONANE ZABIEGI, BADANIA DODATKOWE, ZALECENIA, SKIEROWANIA I INNE	PODPIS
29.05.202X r.	16-17 16-15	Mikrognacja	Założenie separatorów ortodontycznych. Na następnej wizycie zaplanowano osadzenie pierścienia ortodontycznego z rurką na zębie 16.	Lekarz dentysta Joanna Gonciarz
				Lekarz dentysta Joanna Gonciarz

ULOTKA MATERIAŁU GLASSJONOMEROWEGO CHEMOUTWARDZALNEGO

KROMOGLASS 3 Proszek + płyn (woda)

Właściwości:

Glassjonomerowy cement mieszalny z wodą. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkliwa i zębiny.

Zastosowanie:

- osadzanie uzupełnień protetycznych typu korony, nakłady – inlay, onlay
- mocowanie elementów stałych aparatów ortodontycznych

Sposób przygotowania:

Cement przygotowuje się przez mieszanie proszku z płynem (wodą) na papierowym bloczku za pomocą łopatkę ze sztucznego tworzywa.

Prawidłową konsystencję materiału uzyskuje się przez dokładne dawkowanie proszku i płynu: **2 krople płynu i 2 płaskie miarki proszku.**

Przygotowany cement ma postać gęstej śmietany.
Czas zarabiania cementu wynosi 40 sekund.

ZALECENIA DLA PACJENTA DOTYCZĄCE HIGIENY JAMY USTNEJ (minimum 3)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY

DATA, GODZINA	
CEL WIZYTY	