Układ graficzny © CKE 2019

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **MED.11-02-21.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.11**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

Numer stanowiska						

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Algorytm czynności obowiązujących przy wykonaniu pozytywu gipsowego kikuta przedramienia *Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*							
Zapisane:							
1	Wstawić negatyw do pojemnika z piaskiem						
2	Przygotować papkę gipsową i wlać ją do negatywu						
3	Włożyć do gipsu stalową rurę i odczekać do zastygnięcia papki gipsowej						
4	Usunąć negatyw z pozytywu						
5	Poprawić znacznikiem miejsca do odciążenia, dociążenia i miejsca wrażliwe oraz miejsca pobrania miar						
6	Wykonać wstępną obróbkę nożem/tarnikiem/siateczką stalową						
7	Zebrać warstwy gipsu w miejscach do obciążenia i nadłożyć na pozytyw gips w miejscach do odciążenia (wyrostek łokciowy, nadkłykcie kości ramiennej, głowa kości promieniowej)						
8	Domodelować pozytyw						
9	Wykonać obróbkę końcową papierem ściernym wodnym						
10	Wysuszyć pozytyw						

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

Rezultat 2: Schemat blokowy wykonania protezy kosmetycznej przedramienia z lejem z żywicy akrylowej *Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.*							
Zapisane:							
1	Analiza dokumentacji oraz wywiad z pacjentem						
2	Pobranie miar						
3	Wykonanie negatywu						
4	Wykonanie pozytywu						
5	Wykonanie leja wewnętrznego						
6	Wykonanie leja zewnętrznego						
7	Przymiarka i dopasowanie długości protezy						
8	Wykończenie protezy i wklejenie dłoni protezowej						
9	Przymiarka ostateczna na pacjencie						
10	Wydanie protezy wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji						

zawodowe.edu.pl - archiwalne pytania egzaminacyjne

		Numer stanowiska					
Rezultat 3: Negatyw gipsowy kikuta przedramienia							
1	Negatyw jest szczelny						
2	Ściana negatywu nie posiada prześwitów						
3	Negatyw jest wygładzony wewnątrz						
4	Krawędź górna negatywu jest wzmocniona dodatkową opaską						
5	Negatyw obejmuje symulator kikuta przedramienia i stawu łokciowego powyżej nadkłykci kości ramiennej						
6	Krawędź przednia negatywu jest wycięta i tworzy kanał dla ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia						
7	Negatyw jest domodelowany nad wyrostkiem łokciowym kości łokciowej						
8	Negatyw jest domodelowany nad nadkłykciem bocznym kości ramiennej						
9	Negatyw jest domodelowany nad nadkłykciem przyśrodkowym kości ramiennej						

zawodowe.edu.pl - archiwum CKE - pytania egzaminacyjne

		Numer stanowiska					

Przebieg 1: Przebieg wykonania negatywu gipsowego kikuta przedramienia							
Zdający:							
1	owinął symulator folią stretch gładko, bez zmarszczek						
2	zaznaczył na symulatorze miejsca przeznaczone do odciążenia i dociążenia oraz miejsca, w których pobrano miary oraz oś stawu łokciowego						
3	przyłożył sznurek, albo pasek polipropylenu na przednio-promieniową powierzchnię przedramienia						
4	namoczył opaski gipsowe w wodzie						
5	owinął symulator 3 warstwami opasek gipsowych, ruchem okrężnym na zakładkę (jedna warstwa obwoju zachodzi na drugą w połowie)						
6	wymodelował zwężenie w negatywie, obejmując chwytem widłowym kciuka i palca wskazującego symulator kikuta powyżej wyrostka łokciowego i nadkłykci kości ramiennej						
7	odczekał, aż opaski wyschną, a następnie zaznaczył kopiowym ołówkiem górną krawędź leja						
8	zdjął negatyw i obciął go do linii zaznaczenia						
9	poprawił markerem miejsca odciążenia na wewnętrznej stronie negatywu (wyrostek łokciowy kości łokciowej i nadkłykcie kości ramiennej) oraz miejsca dociążenia (okolice nad wyrostkiem łokciowym kości łokciowej i nadkłykciami kości ramiennej)						
10	pracował w rękawiczkach i fartuchu ochronnym						

Egzaminator ……. .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl