CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Układ graficzny © CKE 2019

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-06-20.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **06**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Narzędzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze i Karta dezynfekcji chemicznej oraz mycia manualnego							
Wpisane:							
Karta mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze							
1	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji: Zestaw okulistyczny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw do usunięcia migdałków, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Światłowód, Zestaw do szycia						
2	W kolumnie Parametry procesu: A0≥3000						
3	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu : TAK						
Karta dezynfekcji chemicznej oraz mycia manualnego							
4	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji, w jednym z wierszy: Artroskop kolano						
5	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi mycia i dezynfekcji, w jednym z wierszy: Opaska zaciskowa gumowa						

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminów zawodowych

		Numer stanowiska					
Rezultat 2: Karta sterylizacji tlenkiem etylenu i Karta sterylizacji parowej							
Wpisane:							
Karta sterylizacji tlenkiem etylenu							
1	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi sterylizacji: Artroskop kolano, Światłowód, Opaska zaciskowa gumowa						
2	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu: NIE						
Karta sterylizacji parowej							
3	W pozycji Data wpisane: data zgodna z datą egzaminu (dd-mm-rrrr)						
4	W kolumnie Wyroby medyczne poddane procesowi sterylizacji: Zestaw okulistyczny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw do usunięcia migdałków, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia						
5	W kolumnie Parametry procesu - temperatura:134°C, czas: 7 minut						
6	W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu: TAK						
Rezultat 3: Protokół wydania materiałów sterylnych z Centralnej Sterylizatorni i Etykieta							
Wpisane:							
Protokół wydania materiałów sterylnych z Centralnej Sterylizatorni							
1	W pozycji Data wpisane: data zgodna z datą egzaminu (dd-mm-rrrr)						
2	W kolumnie Nazwa wyrobów medycznych: Zestaw okulistyczny mały, Zestaw ginekologiczny, Zestaw do usunięcia migdałków, Zestaw podstawowy artroskopia kolana, Zestaw do szycia						
3	W kolumnie Nazwa Oddziału – wpisane w jednym z wierszy: BO Okulistyka, BO Ginekologia, BO Laryngologia, BO Ortopedia, Izba Przyjęć						
Etykieta							
4	Nazwa odbiorcy – wpisane: Poradnia Chirurgiczna						
5	Zawartość pakietu – wpisane: Igłotrzymacz						
6	Data ważności wpisane: 5 miesięcy od daty egzaminu +/– 3 dni (dd-mm-rrrr)						

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, testu kontroli zgrzewu, kontroli czystości i konserwacji igłotrzymacza oraz pakietu							
Zdający:							
1	założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy, przed dezynfekcją rąk zdjął z rąk każdą sztukę biżuterii						
2	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie. W jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
3	przed wykonaniem pakietu wykonał test kontroli zgrzewu. Zgrzew w całości znajduje się w polu przeznaczonym do jego kontroli. Zgrzew jest ciągły na całej jego szerokości. Brak kanałów i przerw w zgrzewie						
4	wypełnił rubryki testu funkcyjnego zgrzewarki. W miejscu przeznaczonym na wpisanie daty wpisał: datę zgodną z datą egzaminu, w jednym z miejsc wpisał wynik: prawidłowy lub pozytywny lub zaznaczył X						
5	przed wykonaniem pakietu zdezynfekował blat stołu chusteczkami nasączonymi preparatem dezynfekcyjnym						
6	wybrał z zestawu narzędzi igłotrzymacz, pod lampą powiększającą skontrolował czystość jego powierzchni, naniósł środek konserwujący tylko na przegub narzędzia, rozprowadził go wykonując kilkakrotne ruchy otwierania i zamykania, zamknął igłotrzymacz na pierwszy ząbek lub pozostawił otwarty *Uwaga! Do oceny tego kryterium może zachodzić konieczność otworzenia pakietu zgodnie z kierunkiem otwierania oznaczonym na opakowaniu*						
7	umieścił w pakiecie igłotrzymacz częścią chwytną od strony otwierania pakietu, włożył wskaźnik chemiczny typu 5; zgrzew od strony otwierania pakietu wykonał w odległości minimum 2 cm od krawędzi pakietu *Uwaga! Linijka do sprawdzenia znajduje się na stanowisku kontroli, składania i pakowania wyrobów medycznych*						
8	do pakietu przykleił taśmą neutralną Etykietę, pakiet nie jest zaplamiony środkiem konserwującym						
9	uporządkował stanowisko pracy: nie pozostawił na blacie żadnych odpadów z rękawa papierowo-foliowego, papieru, taśmy, zużytych chusteczek dezynfekcyjnych; czepek wyrzucił do kosza z odpadami						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl