

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-25.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **02**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Karta zmian na powierzchni instrumentarium

Wpisane w wierszu:

1	kleszczyki Pean w kolumnie C: korozja naprężeniowa; E: usunięcie zmian niemożliwe i/lub wycofanie z użycia i/lub kasacja						
2	odwracadło do powiek w kolumnie D: przebarwienia/naloty krzemianowe; E: kwaśne mycie i/lub obróbka mechaniczna						
3	podważka do stawu biodrowego w kolumnie D: naloty z soli wapnia i/lub naloty wapienne; E: przetarcie szmatką nie pozostawiającą włókien i/lub kwaśne mycie						
4	zglobnik maciczny z kulką i lustro laryngologiczne w kolumnie C: korozja wżerowa; E: kwaśne mycie i/lub obróbka mechaniczna i/lub wycofanie z użycia i/lub kasacja						
5	pęseta tęczówkowa w kolumnie C: korozja szczelinowa; E: obróbka mechaniczna i/lub wycofanie z użycia i/lub kasacja						
6	kleszczyki Kocher w kolumnie C: korozja cierna; E: obróbka mechaniczna i/lub wycofanie z użycia i/lub kasacja						

Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane w wierszu:

1	Parametry procesu: Temp. 134 °C; Czas 18 minut (lub dłuższy)						
2	Kontrola chemiczna procesu sterylizacji, TYP 1: wskaźnik procesu						
3	Kontrola chemiczna procesu sterylizacji, TYP 2: wskaźnik do specjalnych procedur badawczych						
4	Kontrola chemiczna procesu sterylizacji, TYP 5: wskaźnik zintegrowany						
5	Narzędzia ortopedyczne: tylko 2 pozycje: wiertło do kości długich, podważka do stawu biodrowego						
6	Narzędzia ginekologiczne: tylko 1 pozycja: rozszerzacz Hegar						
7	Narzędzia otolaryngologiczne: tylko 1 pozycja: wziernik uszny						
8	Narzędzia okulistyczne: tylko 1 pozycja: odwracadło do powiek						
9	Narzędzia podstawowe chirurgiczne: tylko 1 pozycja: pęseta anatomiczna						

Rezultat 3: Etykieta roztworu preparatu dezynfekcyjnego

Wpisane:

1	Nazwa preparatu dezynfekcyjnego: Sekusept Activ						
2	Spektrum działania preparatu: B; Tbc; F; V; S						
3	Stężenie roztworu: 2%						
4	Czas działania: 15 minut						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a, przygotowanie 3 litrów roztworu preparatu Sekusept Activ o działaniu sporobójczym

Zdający zgłosi gotowość do wykonania przez podniesienie ręki.

Zdający wykona w obecności Egzaminatora.

Zdający:

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie						
2	założył środki ochrony indywidualnej: czepek - zakrywając nim wszystkie włosy, maseczkę, okulary ochronne lub przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	wlał do wanienki 3 litry wody wodociągowej przy użyciu miarki lub bezpośrednio z kranu, zgodnie z podziałką wewnątrz wanienki dezynfekcyjnej						
4	odmierzył 90 ml lub 60 g proszku (3 miarki/łyżki - załączonej do preparatu dezynfekcyjnego) Sekusept Activ i wsypał do wanienki dezynfekcyjnej,						
5	zamieszał przygotowany roztwór przy użyciu mieszadła lub miarki						
6	odczekał wymagany 15 minutowy czas aktywacji roztworu preparatu <i>UWAGA: Egzaminator poinformuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu aktywacji.</i>						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie zgodnie z procedurą dezynfekcji i mycia narzędzi otolaryngologicznych

Zdający wykona w obecności Egzaminatora.

Zdający:

1	wybrał z narzędzi wziernik nosowy i szpatułkę metalową						
2	zanurzył całkowicie pod lustrem roztworu preparatu Sekusept Activ wziernik nosowy i szpatułkę metalową, zamknął wanienkę pokrywą <i>UWAGA: Egzaminator poinformuje zdających o wykonywaniu kolejnych czynności z pominięciem czasu dezynfekcji</i>						
3	wyczyścił powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne obu narzędzi używając szczoteczki						
4	wyjął z wanienki dezynfekcyjnej narzędzia						
5	wypłukał wodą demineralizowaną oba narzędzia i odłożył na tacę narzędziową						
6	wylał roztwór z wanienki dezynfekcyjnej, opłukał wanienkę pod bieżącą wodą, osuszył i zdezynfekował chusteczkami dezynfekcyjnymi						
7	uporządkował stanowisko pracy: nie pozostawił na blacie stołu rozlanego płynu, zdezynfekował suchy blat roboczy chusteczkami dezynfekcyjnymi						
8	umieścił środki ochrony indywidualnej w pojemniku na odpady z czerwonym workiem						
9	następnie wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis