

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
Oznaczenie arkusza: **MED.12-02-25.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **MED.12**
Numer zadania: **02**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Protokół niezgodności

Wpisane w wierszu:

1	Opis niezgodności - nazwa niezgodności: jakościowa/niezgodność jakościowa; nazwa zestawu: Zestaw do szycia nr 1; opis: zamiast pęsety anatomicznej jest pęseta chirurgiczna						
2	Opis niezgodności - nazwa niezgodności: jakościowa/niezgodność jakościowa; nazwa zestawu: Zestaw do szycia nr 2; opis: zamiast pęsety chirurgicznej jest pęseta anatomiczna, zamiast kleszczyka typu Kocher jest kleszczyk typu Pean						
3	Opis niezgodności - nazwa niezgodności: ilościowa/niezgodność ilościowa; nazwa zestawu: Zestaw laryngologiczny; opis: brak 1 szt. wziernika usznego lub brak wziernika usznego						

Rezultat 2: Karta mycia i dezynfekcji termicznej

Wpisane:

1	W wierszu Zastosowane w procesie preparaty chemiczne : Preparat nr 1, Preparat nr 2						
2	W Kolumnie A : Zestaw do szycia nr 1, Zestaw do szycia nr 2, Zestaw do zdjęcia szwów nr 1, Zestaw laryngologiczny						
3	W Kolumnie B : Temperatura: 93 °C, Czas:10 minut						
4	W Kolumnie C : Wskaźnik nr 1						
5	W Kolumnie D : Wskaźnik nr 4						

Rezultat 3: Karta mycia i dezynfekcji manualnej

Wpisane:

1	W wierszu Nazwa użytkownika wyrobów: Poradnia chirurgiczna						
2	W wierszu Zastosowany w procesie preparat chemiczny: Preparat nr 3						
3	W wierszu Nazwa środka dezynfekcyjnego: Aniosept Activ						
4	W kolumnie A: Zestaw do zdjęcia szwów nr 2						
5	W kolumnie B: B, Tbc, F, V, S						
6	W kolumnie C: 1%, 30 minut						
7	W kolumnie D: 2 łyżki / 2 łyżki miarowe						

Rezultat 4: Karta sterylizacji

Wpisane:

1	A: wyłącznie: Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnia chirurgiczna						
2	B: dla Zespołu Poradni Specjalistycznych: Zestaw do zdjęcia szwów nr 1						
3	B: dla Poradni Chirurgicznej: Zestaw do zdjęcia szwów nr 2						
4	C: sterylizacja parowa/sterylizacja parą wodną/parowa						
5	E: wskaźnik nr 3						
6	F: wskaźnik nr 6						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a, przygotowanie 5 litrów 1% roztworu roboczego Aniosept Activ

Zdający zgłosi gotowość do wykonania zadania przez podniesienie ręki. Zadanie wykona w obecności egzaminatora.

Zdający:

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii (zegarka, bransoletki, obrączki, pierścionków), wykonał 6 etapów dezynfekcji powtarzając każdy etap minimum 5 krotnie - w jednym z etapów wykonał obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie zmienił ręce						
2	założył środki ochrony indywidualnej: czepek, maseczkę, okulary ochronne/przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, rękawiczki						
3	napełnił wanienkę dezynfekcyjną 5 litrami wody wodociągowej (po założeniu środków ochrony indywidualnej)						
4	wsypał do wanienki dezynfekcyjnej dwie łyżki miarowe Anioseptu Activ						
5	zamieszał przygotowany roztwór przy użyciu mieszadła lub miarki						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie dezynfekcji i mycia Zestawu do zdjęcia szwów nr 2

Zdający:

1	wybrał z narzędzi znajdujących się na stanowisku: pęsetę anatomiczną oraz nożyczki chirurgiczne						
2	zanurzył w roztworze Aniosept Activ otwarte nożyczki chirurgiczne oraz pęsetę anatomiczną, zamknął wanienkę pokrywą Uwaga: czas dezynfekcji wynosi 30 minut od przykrycia wanienki pokrywą, na potrzeby egzaminu Egzaminator informuje zdającego o skróceniu tego czasu i przejściu do dalszych czynności						
3	czyścił powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne obu narzędzi używając szczoteczki						
4	wyjął narzędzia z roztworu środka dezynfekcyjnego przy pomocy wkładu perforowanego (sita)						
5	wypłukał wodą demineralizowaną oba narzędzia i odłożył na tacę narzędziową						
6	wylał roztwór z wanienki dezynfekcyjnej, opłukał wodą, osuszył, zdezynfekował wanienkę dezynfekcyjną						
7	uporządkował stanowisko pracy, nie pozostawił na blacie stołu rozsypanego proszku ani rozlanej wody						
8	zdezynfekował blat roboczy chusteczkami do dezynfekcji powierzchni						
9	zjął i wyrzucił środki ochrony indywidualnej do kosza z czerwonym workiem						
10	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, powtarzając każdy etap pięciokrotnie						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis